

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## DETEKTORA GAZU

### EDG – 3Pw1

#### z wysięgnikiem

#### ( gazy wybuchowe , czad i ciśnienie )

Przenośny detektor gazu EDG – 3P jest profesjonalnym urządzeniem przeznaczonym do sprawdzania szczelności instalacji gazowej oraz pomiaru ciśnienia (różnicowego i względnego). Miernik pracuje pod kontrolą mikroprocesora, zapewniając dużą dokładność wskazań. Zastosowano specjalnie opracowany algorytm zapewniający łatwość obsługi oraz wstępną autokalibrację po włączeniu zasilania .

#### 1. Pomiar stężenia gazu :

Wyświetlacz LCD przyrządu pokazuje zmierzone stężenie gazów w dwóch skalach

- stężenie gazu w procentach dolnej granicy wybuchowości ( % DGW )
- stężenie gazu w jednostkach ppm.

W przyrządzie zastosowano doskonałej jakości półprzewodnikowy sensor TGS 2620, japońskiej firmy FIGARO, który wykrywa gaz ziemny (metan, etan) , LPG (propan, butan) i tlenek węgla ( czad ) . Struktura sensora zawiera grzałkę powodującą szybkie odparowanie gazu , który do niej wniknął podczas pomiaru . Umieszczenie sensora na elastycznym ramieniu umożliwia dokonywanie pomiarów nawet w trudno dostępnych miejscach.

Sygnalizator akustyczny generuje dźwięki o częstotliwości zmieniającej się w zależności od stężenia gazu ( im większe stężenie , tym wyższy dźwięk ) .

Użytkownik może załączyć alarm wibracyjny , który jest aktywny wówczas gdy słyhać sygnał akustyczny.

#### 2. Pomiar ciśnienia różnicowego P2 – P1 :

Ciśnienie mierzone jest za pomocą czujnika MPX5010DP ( z dwoma króćcami ) , firmy MOTOROLA . Wyprowadzone na zewnątrz obudowy króćce łączymy za pomocą wężyka z punktem pomiarowym instalacji gazowej .

Pomiar jest prawidłowy gdy spełniony jest warunek  $P2 > P1$ .

Króciec P2 podłączamy do punktu sieci, w którym panuje wyższe ciśnienie.

Króciec P1 trzeba podłączyć do punktu sieci o niższym ciśnieniu.

Zmierzona wartość to ciśnienie różnicowe  $P2 - P1$  wyświetlane w dwóch skalach:

od 0 do 10000 Paskali

od 00,0 do 100,0 milibarów

#### 3. Pomiar ciśnienia względnego :

Aby zmierzyć ciśnienie panujące w danym punkcie sieci łączymy go z króćcem P2.

Króciec P1 jest niepodłączony (otwarty).

Zmierzona wartość to ciśnienie względne (powyżej atmosferycznego) w danym punkcie sieci , wyświetlane w dwóch skalach:

od 0 do 10000 Paskali

od 00,0 do 100,0 milibarów

Klawiatura zawierająca 4 przyciski umożliwia obsługiwanie miernika w intuicyjny i „przyjazny” sposób.

Użytkownik może wykorzystać wiele dodatkowych funkcji , ułatwiających pomiary :

- wybór rodzaju gazu
- regulacja zakresu pomiarowego ( czułości )
- pamięć wyników ostatniego pomiaru
- wybór progu sygnału akustycznego ( od ilu ppm jest aktywny sygnał dźwiękowy )
- aktywowanie alarmu wibracyjnego
- odczyt napięcia akumulatorów
- możliwość włączenia latarki oświetlającej miejsce pomiaru
- możliwość zaprogramowania hasła , stosowanego podczas włączania przyrządu.

Miernik zasilają 4 akumulatorki typu AA, 1,2V/2500mAh. Ładowane są za pomocą ładowarki ( znajdującej się w zestawie ) , podłączanej do gniazda zasilającego miernik . Producent dostarcza także adaptor , umożliwiający ładowanie z gniazda zapalniczki samochodowej.

Podczas ładowania świeci czerwona dioda LED znajdująca się obok gniazda zasilającego . Gdy dioda LED zgaśnie to akumulatorki są naładowane. Zaleca się aby podczas ładowania detektor był wyłączony. W pełni naładowane akumulatorki mają napięcie całkowite 5,6 V. Gdy napięcie akumulatorów spadnie do 3,8 V to urządzenie przestaje pracować.

W łatwy sposób można wymienić akumulatory na zapasowe .

Zamiast akumulatorów można stosować baterie alkaiczne AA 1,5V („ paluszki” ) .

**Zabronione jest ładowanie wyżej opisanych baterii.**

Jeżeli sprawdzamy detektor gazem z zapalniczki to proszę wykonać test z odległości 3-5 cm, naciskają dźwignię przez krótki czas (np. 1 sekundę ) .

**Nadmiar gazu grozi trwałym nasyceniem sensora.**

#### **DANE TECHNICZNE :**

- typ sensora gazu : – TGS2620 – C00 firmy FIGARO
- pomiar stężenia gazu : – w skali DGW, od 0,0 % do 20 %  
– w skali ppm, od 0 ppm do 10000 ppm  
– alarm wibracyjny i sygnalizacja dźwiękowa o zmiennej częstotliwości i progu ustawianym przez użytkownika.
- typ czujnika ciśnienia : - MPX5010DP firmy MOTOROLA
- pomiar ciśnień : - od 0 do 10000 Paskali  
- od 00,0 do 100,0 milibarów  
- dokładność wskazań +/- 0,05 milibara
- zasilanie: akumulatorki niklowo - wodorowe  
4 x 1,2 V / 2500mAh ( bez efektu pamięci – sformatowane )  
czas ciągłej pracy - minimum 12 godzin
- czas ładowania akumulatorów - od 10 do 15 godzin
- sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów – czerwona dioda LED obok gniazda  
Gdy dioda zgaśnie to akumulatorki są naładowane.
- temperatura pracy – od -20°C do +50°C
- długość sondy – 330mm lub 450mm
- gotowość do pracy po 20 sek. od chwili włączenia
- wymiary obudowy : 180mm x 63mm x 27mm
- masa : 365 gramów